



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania przetargowego
na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych
i odczynników laboratoryjnych,
znak sprawy: DZ-2501/214/18*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/214/18/51

Data:
2018.09.25

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 36

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez firmę: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Ul. Wybrzeże gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa. Cena brutto – 21.689,21 zł.

Punktacja przyznana ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert oraz łączna punktacja:

Wykonawca	Cena	Termin dostawy	Punktacja łączna
Zakład Genetyki Sadowej Sp. z o.o. Dąbrówka Ul. Mazowiecka 15 05-430 Celestynów	Oferta odrzucona		
Polgen Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Puszkina 80 92-516 Łódź	Oferta odrzucona		
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Ul. Wybrzeże gdyńskie 6B 01-531 Warszawa	90,00 pkt.	10,00 pkt.	100,00 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o odrzuceniu ofert następujących wykonawców:

1. Zakład Genetyki Sadowej Sp. z o.o., Dąbrówka, Ul. Mazowiecka 15, 05-430 Celestynów
2. Polgen Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź

Uzasadnienie prawne:

Oferty nie odpowiadają treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne do zadania 36:

Płytki zaoferowane przez firmę Polgen Sp. z o.o. Sp. k. posiadają przezroczyste dołki. Produkt wzorcowy wymieniony w siwz w załączniku nr 1 posiada białe dołki. Powyższy parametr ma wpływ na odczyt fluorescencji posiadanego aparatu.

Produkt zaoferowany przez Zakład Genetyki Sadowej Sp. z o.o.- Sealing Foil ma inny zakres temp. -70⁰C do +100⁰C, natomiast produkt wzorcowy do +120⁰C.

Powyższe różnice sprawiają, że Zamawiający nie może uznać produktów zaoferowanych przez obydwu wykonawców za równoważne.

Zadanie 38

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez firmę: Bionovo Aneta Ludwig
Ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 6.642,00 zł.

Punktacja przyznana ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert oraz łączna punktacja:

Wykonawca	Cena	Termin dostawy	Punktacja łączna
Labstore Polska Sp. z o.o. Ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	Oferta odrzucona		
S. Witko S. Witkowski Al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź	58,98 pkt.	3,00 pkt.	61,98 pkt.
Bionovo Aneta Ludwig Ul. Nowodworska 7 59-220 Legnica	90,00 pkt.	10,00 pkt.	100,00 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o odrzuceniu oferty firmy Labstore Polska Sp. z o.o., Ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

Uzasadnienie prawne:

Oferty nie odpowiadają treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne do zadania 38:

Na podstawie informacji podanej przez wykonawcę w ofercie wynika, że zaoferowany został produkt o numerze katalogowym 5190-6896 z kat. Agilent Technologies. Na podstawie załączonej karty informującej o odczynniku (Safety Data Sheet) nie można stwierdzić równoważności produktu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów w tym przesłania certyfikatu produktu przesłał certyfikat dla produktu innego niż zaoferowany. Jest to produkt o innym numerze katalogowym oraz innego producenta (Sigma Aldrich nr kat.Q34966). Na podstawie tych informacji nie można stwierdzić równoważności produktu.