



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
na usługę przeglądu chromatografu cieczowego
znak sprawy DZ-2501/137/19*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/137/19/3

Data:
2019.06.17

MODYFIKACJA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, o modyfikacji ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę przeglądu chromatografu cieczowego Nexera X2 połączonego ze spektrometrem mas LCMS-8050 DZ-2501/137/19 z dn. 14.06.2019 r.

MODYFIKACJA:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd chromatografu cieczowego Nexera X2 połączonego ze spektrometrem mas LCMS-8050 (nr seryjny LCMS-8050: 0108351009AE).

Zakres przeglądu:

- regeneracja pompy wstępnej spektrometru mas wraz z dostarczeniem pompy zastępczej na czas regeneracji
- usługa czyszczenia drogi jonów, optyki i kwardopuli spektrometru mas
- dostarczenie roztworu do kalibracji spektrometru mas
- wymiana detektora (powielacza elektronów) spektrometru mas
- wymiana ESI pipe set zgodnie z numerem katalogowym SHI-255-14948-91
- przegląd i wymiana części zużywalnych w zestawie chromatografu cieczowego Nexera X2 (uszczelki tłoka, uchwyt tłoka, rotora wysokiego ciśnienia i siodełka igły)

Termin i forma składania ofert:

Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Termin składania ofert: **do dnia 26.06.2019 r., godz. 12:00**

Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy (do wyboru):

- a) **złożyć lub przesłać Zamawiającemu w zaklejonej kopercie** z oznaczeniem: „Oferta na przegląd chromatografu cieczowego. Znak sprawy DZ-2501/137/19”.
- b) osobiście w Kancelarii PIWet-PIB w Puławach