

*Uczestnicy postępowania na dostawę i wymianę filtrów,
znak spraw: DZ-2501/305/20*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:

Data:

DZ-2501/305/20/3

2020/11/16

Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej podano treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

„Jakiego urządzenia częścią składową jest filtr oraz jakie zagrożenia epidemiologiczne mogą wystąpić podczas prac przy filtrze.”

Odpowiedź:

Filtry są integralną częścią instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (zakaźnych).

W pomieszczeniu w którym znajduje się instalacja może występować zagrożenie biologiczne ponieważ są tam czasowo (podczas procesu) przetrzymywane odpady biologicznie zakaźne zaklasyfikowane do klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL3 i BSL3+.