



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę materiałów pomocniczych*

*znak sprawy DG-2501/1214/155/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/1214/ 252/10

**2010/02/03**

**Wyjaśnienia nr 1**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje , iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę materiałów pomocniczych . Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

**Zadanie nr 1**

1. Czy palnik ma być wyposażony w nabój gazowy z reduktorem ? - umożliwia to uniezależnienie się od podłączenia gazu węzłem do palnika.- **NIE**
2. Ile sztuk nabojów z gazem (typ naboju CV360) ma być dostarczone wraz z 2 sztukami palników ? **6 SZT**
3. Czy palniki mają być wyposażone w zasilanie z akumulatorów ? **NIE**
4. Czy palniki mają być wyposażone w zapasowe akumulatory ? Ile sztuk zapasowych kompletów akumulatorów należy dostarczyć wraz z 2 palnikami ? **NIE**
5. Czy należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę do akumulatorów ? Ile sztuk ładowarek ? - standardowo funkcję ładowarki spełnia palnik. **NIE**
6. Czy palnik ma być wyposażony w pedał ? - standardowo palnik zapala się "sensorem" - czujnikiem ruchu. **TAK**
7. Czy pedał do palnika ma mieć podłączenie kablem czy bezprzewodowe ? **KABEL**

