



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na usługę wzorcowania wag i termometrów
Znak sprawy: DG-2501/4493/509/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/4493/560/10

2010/03/15

WYJAŚNIENIA nr 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na świadczenie usługi wzorcowania wag oraz termometrów. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Zadanie 1 – wzorcowanie wag

1. Czy poszczególne wzorcowania należy wykonywać dokładnie w wymaganych dniach, czy dopuszczalne jest grupowanie wzorcowań np. w cyklach dwu- trzymiesięcznych (oczywiście z zachowaniem, tzn. wyprzedzeniem terminu ważności poprzedniego świadectwa)? W takim przypadku naszym zdaniem wystarczy 8-9 dojazdów. **Odpowiedź:** Jeśli chodzi o ilość dojazdów to można umówić się że przyjazd będzie raz w miesiącu o ile w danym miesiącu będą jakieś wagi do wzorcowania (zgodnie z harmonogramem).
2. Rozumiemy, że wzorcowania dla których upłynęła ważność (np. poz.65) będą mogły być wykonane podczas „pierwszego” dojazdu. **Odpowiedź:** podczas pierwszego i każdego kolejnego wzorcowania , będą mogły być wywzorcowane jedynie te wagi, na które zostanie przesłane zlecenie przez Sekcję Metrologiczną PIWet-PIB
3. Czy PIW ma wymagania odnośnie zakresu akredytacji, a szczególnie „zdolności pomiarowej” CMC. **Odpowiedź:** PIWet nie wymaga odnoście CMC, wyjątek stanowią wagi z poz. 13-17, dla których niepewność ma być wyliczona dla każdego wskazanego przez SM punktu , natomiast odchylenie standardowe ma spełniać wymagania normy PN EN 8655.

Zadanie 2 – wzorcowanie elektronicznych urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności

Czy usługa wzorcowania urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności będzie wykonywana w siedzibie wykonawcy jak wynika z pkt. 1 SIWZ czy też w siedzibie wykonawcy jak wynika z załączonego wzoru umowy. **Odpowiedź:** Usługa wzorcowania będzie wykonywana w siedzibie wykonawcy.

