



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,
znak sprawy DG-2501/2082/232/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/2082/280/10

2010/02/08

WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz na dostawę aparatury laboratoryjnej

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 / zadanie nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu 3 (aparat do elektroforezy) wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, dla którego długość żelu wynosi 10,2 cm, a nie 10 cm jak wskazane w specyfikacji? Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami bądź lepsze (np. 0,6 l buforu, a nie 0,8 l). **Odpowiedź** : zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć użycie słowa „do” w opisie aparatu w pakiecie 3. Czy zapisy „do 15 cm”, „do 10 cm” i „do 0,8 litra” oznaczają, że wartości te w zaoferowanym aparacie nie mogą przekroczyć tych podanych w specyfikacji (czyli na przykład aparat z żelem 5x5cm i objętością buforu 0,1 litra spełniałby te wymagania) czy też aparat ma umożliwiać korzystanie z żelu 10x15 cm i buforu 0,8 litra? **Odpowiedź** : aparat do elektroforezy musi w wyposażeniu posiadać 2 grzebienie po 20 studzienek i objętość buforu nie może przekraczać 0.8 litra. To są dwa najważniejsze parametry jakie mają być spełnione (20 studzienek nie zmieści się na żelu 5x5 cm).

Pytanie nr 2 / Dotyczy siwz

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia – folder, katalog lub karty katalogowe zawierające opis oferowanego produktu w języku angielskim. **Odpowiedź** : zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę wymaganego terminu wykonania zamówienia do 7 tygodni od podpisania umowy. Prośbę naszą motywujemy możliwością konieczności złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta, a co za tym idzie, zwiększeniem czasu niezbędnego do sprowadzenia przedmiotu zamówienia i ewentualną koniecznością dokonania procedury celnej. **Odpowiedź** : zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie instrukcji obsługi aparatu do elektroforezy poziomej w języku angielskim. **Odpowiedź** : zamawiający wyraża zgodę.

