



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,  
znak sprawy DG-2501/22416/1777/09*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak: DG-2501/22416/1825/09

**2009/12/23**

**WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz na dostawę aparatury laboratoryjnej**

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 / zadanie nr 1**

- Czy zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o objętości komory inkubacyjnej min.150 litrów? **Odpowiedź** : zamawiający nie wyraża zgody .
- Czy zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia nie wymagający stelaża na półki, ale wyposażony w komorę ze stali nierdzewnej głęboko tłoczonyj z wytłoczonymi również przewodnicami na półki, co dodatkowo ułatwia utrzymanie czystości w komorze inkubacyjnej? **Odpowiedź** : zamawiający nie wyraża zgody .
- Czy zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia z zakresem temperatury od 7<sup>0</sup>C powyżej temperatury otoczenia do + 60<sup>0</sup>C? **Odpowiedź** : zamawiający nie wyraża zgody .
- Czy zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o zewnętrznych wymiarach maksymalnych (szer. x gł.): 68 x 72 cm? **Odpowiedź** : zamawiający nie wyraża zgody .
- Czy zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia wyposażony w filtr na linii zasilania CO<sub>2</sub> o wielkości porów 0,45um i skuteczności 99,99%, zapewniającym skuteczne oczyszczenie gazów? **Odpowiedź** : zamawiający nie wyraża zgody .
- Czy zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o zużyciu energii <0,13 kWh? **Odpowiedź** : zamawiający nie wyraża zgody .

**Pytanie nr 2 / dotyczy pkt. 4 siwz**

Czy zamawiający wyrazi zgodę, by termin dostawy dla zadania 1 wynosił 8 tygodni od dnia zawarcia umowy? **Odpowiedź** : zamawiający wyraża zgodę .

