



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,
znak sprawy DG-2501/22416/1777/09*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/22416/1832/09

2009/12/29

WYJAŚNIENIA nr 3 do siwz na dostawę aparatury laboratoryjnej

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 / zadanie nr 2

Czy zamawiający wymaga jedynie wirówki bez dodatkowego wyposażenia? Odpowiedź: wirówka powinna być wyposażona:

- rotor horyzontalny 4 – ramienny
- wkłady: 4 pojemniki
- 3 rodzaje wkładek redukcyjnych: 5 stanowisk po 15 ml, 12 stanowisk po 5 ml oraz 7 stanowisk po 10 ml.