



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

Uczestnicy postępowania na świadczenie usług przeglądu i pomiaru rozkładu temperatury w urządzeniach chłodniczych, znak sprawy DG-2501/7573/802/10

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak: DG-2501/7537/824/10

2010/04/23

WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przeglądu i pomiaru rozkładu temperatury w urządzeniach chłodniczych. Poniżej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonawcę posiadającego akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji urządzenia na dokonanie czynności pomiarowych w urządzeniach chłodniczych, jeśli sam Wykonawca tej akredytacji - jako firma - nie posiada? Wykonawca dysponuje kursami i szkoleniami potwierdzającymi doświadczenie w zakresie tej działalności np. certyfikat Naczelnej Organizacji Technicznej. **Odpowiedź:** Wykonawca powinien dokument potwierdzający posiadanie przez wykonawcę akredytacji lub dokument potwierdzający, iż wykonawca jest w trakcie procesu akredytacji na daną metodę pomiarów.
2. Czy Czy Zamawiający odda do dyspozycji Wykonawcy np. w m-cu maju jednocześnie wszystkie urządzenia chłodnicze (ok. 100 sztuk) czy też Czy Zamawiający wyznaczy poszczególne dni na dokonanie przeglądów (chodzi o orientacyjne koszty ewentualnych dojazdów)? **Odpowiedź:** Przegląd i pomiar będzie odbywał się sukcesywnie, będą wyznaczone terminy w zależności od zapotrzebowania na usługę.