



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

---

*Uczestnicy postępowania na dostawę i montaż mebli, urządzeń i sprzętu laboratoryjnego,  
znak sprawy DG-2501/11715/927/09*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/11715/986/09

**2009/08/07**

***dotyczy: wyjaśnień nr do siwz na dostawę i montaż mebli, urządzeń i sprzętu laboratoryjnego,  
znak pisma DG-2501/11715/927/09***

Uprzejmie informujemy, iż w/w piśmie nie wydrukowana została odpowiedź na pytanie związane z dygestorium. Poniżej podajemy pytanie i brakującą odpowiedź:

Czy dygestorium ma być wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych? Materiały drewnopochodne w dygestorium znacznie obniżają trwałość dygestorium nawet podczas pracy ze słabymi chemikaliami lub zwykłą wodą oraz powodują wysokie zagrożenie pożarowe.  
**Odpowiedź** : tak .