

WYKAZ KOMÓR

Pomieszczenie	L.p	NAZWA	PRODUCENT
0-003/1	1	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-015/1	2	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-016/1	3	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-017/1	4	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-017/2	5	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-020/1	6	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-020/2	7	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-025/1	8	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-027/1	9	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-029/1	10	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-031/1	11	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-037/1	12	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-039/1	13	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-039/2	14	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-040/1	15	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-040/2	16	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-053/1	17	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-054/1	18	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-057/1	19	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-101/1	20	Komora MSC klasy II Biowizard typ: KR-200BW	Kojair
0-101/2	21	Komora MSC klasy II Biowizard typ: KR-200BW	Kojair
0-101/3	22	Komora mała typ: KR-125 SAFETY (dopisana,	Kojair

		nie podłączona do went)	
0-106/1	23	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-109/1	24	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-110/1	25	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-113/1	26	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-116/1	27	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-118/1	28	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-122/1	29	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-123/1	30	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-123/2	31	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-140/1	32	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-140/2	33	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-151/1	34	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-154/1	35	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-154/2	36	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-155/1	37	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-157/1	38	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-158/1	39	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-158/2	40	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-162/1	41	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-163/1	42	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-163/2	43	Komora MSC klasy II Biowizard typ BW-170	Kojair
0-165/1	44	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-166/1	45	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-167/1	46	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-169/1	47	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-170/1	48	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-172/1	49	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-175/1	50	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair

0-175/2	51	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-176/1	52	Komora MSC klasy I (PCR) (mała)	Kojair
0-245/1	53	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-250/1	54	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
Z0-013/1	55	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
Z0-095/1	56	Komora MSC klasy II Biowizard	Kojair
0-002/1	57	Komora Faster typ:CBH (dopisana, nie podłączona do went)	Faster
0-007/1	58	Komora Holten Lamin Air typ:MS2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-007/2	59	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-008/1	60	Komora Holten Lamin Air typ:MS2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-008/2	61	Komora Holten Lamin Air typ:MS2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-011/1	62	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-011/2	63	Komora Captair Bio (dopisana, nie podłączona do went)	Captair Bio
0-012/1	64	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-012/2	65	Komora Captair Chem Typ: Filtair 623(dopisana, nie podłączona do went)	Captair Chem
0-020/3	66	Komora Jouan Typ: MSC 12 (dopisana, nie podłączona do went)	Jouan
0-020/4	67	Komora Clean Air Typ: CA/REV4 (dopisana, nie podłączona do went)	CleanAir
0-025/2	68	Komora Jouan Typ: MSC 12 (dopisana, nie podłączona do went)	Jouan
0-027/2	69	Komora Holten Lamin Air typ:S2000 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-029/2	70	Komora Holten Lamin Air typ:MS2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten

0-031/2	71	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-037/2	72	Komora Jouan Typ: MSC 9 (dopisana, nie podłączona do went)	Jouan
0-037/3	73	Komora Jouan Typ: MSC 12 (dopisana, nie podłączona do went)	Jouan
0-037/4	74	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-055/1	75	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-055/2	76	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-104/1	77	Komora Hereeus Camfil Ferr typ: MD 13-2G10-...-1PU (dopisana, nie podłączona do went)	Hereeus
0-104/2	78	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8 (dopisana, nie podłączona do went)	Bioair
0-105/1	79	Komora Scanlaf typ: MARS (dopisana, nie podłączona do wentylacji) (brak nr i tabliczki znamionowej)	SCANLAF
0-108/1	80	Komora Holten typ:HBB2448 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-109/2	81	Komora Holten typ:HBB2448 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-112/1	82	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-112/2	83	Komora Labcair typ: BH 12 (dopisana, nie podłączona do went)	Labcair
0-116/2	84	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-117/1	85	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-121/1	86	Komora Scanlaf typ: MARS (dopisana, nie podłączona do wentylacji) (brak nr i tabliczki znamionowej)	SCANLAF
0-122/2	87	Komora Holten (dopisana, nie podłączona do went)	Holten

		went) (brak tabliczki znamionowej)	
0-152/1	88	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-155/2	89	Komora Holten Lamin Air typ:92010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-160/1	90	Komora Holten Lamin Air typ:HB2460 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-161/1	91	Komora Holten Lamin Air typ:MS2010(dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-167/2	92	Komora ESCO typ: LA2-6A1(dopisana)	ESCO
0-173/1	93	Komora Holten typ:S2000 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-190/1	94	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-245/2	95	Komora Holten typ:HH09 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
0-245/3	96	Komora Polon typ:KL-4 (dopisana, nie podłączona do went)	Polon
0-245/4	97	Komora Polon typ:KL-4 (dopisana, nie podłączona do went)	Polon
0-258/1	98	Komora Holten Lamin Air typ:S2010 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
1-032/1	99	Komora Microflow2 (dopisana, nie podłączona do went)	Bioquell
1-033	100	Komora Holten Lamin Air typ:HB2448 (dopisana, nie podłączona do went)	Holten
1-036/2	101	Komora Jouan Typ: MSC 12 (dopisana, nie podłączona do went)	Jouan
1-044/1	102	Komora laminarna BDK1500 Typ: UVF 6.155 (dopisana, nie podłączona do went)	BDK
1-044/2	103	Komora laminarna BDK1800 Typ: UVF 6.18S (dopisana, nie podłączona do went)	BDK
1-045/1	104	Komora Microflow2 (dopisana, nie podłączona do went)	Bioquell
1-060/1	105	Komora Microflow2 (dopisana, nie podłączona do went)	Bioquell

		do went)	
I-062/1	106	Komora Jouan Typ: ESI BIO18UV.PF (dopisana, nie podłączona do went)	Jouan
C1.09	107	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8; 1970x795x2255	Bioair
C1.21(1)	108	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8	Bioair
C1.21(2)	109	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8	Bioair
C2.05	110	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8 rezerwa	Bioair
C2.06	111	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8 rezerwa	Bioair
C2.07	112	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8 rezerwa	Bioair
C2.11	113	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8	Bioair
C2.13	114	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8	Bioair
C2.14	115	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8	Bioair
C2.15	116	Komora laminarna model: Safe flow vision 1.8	Bioair