

**Opis ogólny wymagań zamawiającego dot.
usługi wzorcowania termometrów, termo higrometrów, termohigrobarometrów**

Usługa wzorcowania elektronicznych urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności

Wymagane jest aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025. W czasie trwania umowy mogą nastąpić zmiany ilości urządzeń przeznaczonych do wzorcowania na skutek zakupu nowych, awarii istniejących itp. Zmiany te będą miały odzwierciedlenie w przy zgłaszaniu urządzeń do wzorcowania.

Opis ogólny wzorcowanych urządzeń:

- termometry, termo higrometry, higrometry, termohigrobarometry elektroniczne,
- orientacyjna ilość urządzeń podlegających wzorcowaniu – 32 szt.

Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających wzorcowaniu wraz z ilością punktów, w których ma być urządzenie wzorcowane zawiera **załącznik 1b**.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości punktów pomiarowych (zwiększenia) w zależności od potrzeb użytkowników urządzeń. W ofercie prosimy o podanie ceny za jeden punkt pomiarowy temperatury.

W przypadku gdy w załączniku 1b brak jest ilości punktów pomiarowych przy danej pozycji termometru, prosimy o przyjęcie ceny dla 3 punktów pomiarowych.

W przypadku termo higrometrów – należy wykonać wzorcowanie 3 punktów pomiaru wilgotności w jednym punkcie temperatury.

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania z podaniem t_w , t_m , Δt , u_t . Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem PCA.