



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

Uczestnicy postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

znak sprawy DG-2501/20074/1512/10/

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/20074/1543/10

2010/10/26

Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

ZADANIE 22 pozycja 42

- Produkt o numerze katalogowym 592889 jest niedostępny w ofercie firmy Sigma Aldrich. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wyłączenie tej pozycji z zadania 22? **TAK**
Wydziela się pozycję 42 z zadania 22 i tworzy się zadanie 22a

ZADANIE 22 pozycja 3

- Termin realizacji zamówienia na produkt o nr katalogowym wynosi 3-4 miesiące. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na ten produkt? **TAK do 16 tygodni**
- Ze względu na duże koszty transportu i konieczność ich uwzględnienia w ofercie proszę o podanie informacji, czy Zamawiający będzie zamawiał produkt jednorazowo? **TAK**

ZADANIE 48 pozycja 1

- Produkt o numerze katalogowym 53629-U Agilent 100/1200 Fitting HPLC kolumn to heater outlet zostaje wydzielony z zadania 48. Tworzy się zadanie 48a- **Odczynniki laboratoryjne i mat pom. wg katalogu SUPELCO lub równoważne**

ZADANIE 33 pozycja 2-15

- Wydziela się pozycje od 2 do 15 z zadania 33 i tworzy się **zadanie 33a Odczynniki laboratoryjne wg katalogu LGC Standards lub równoważne**

ZADANIE 37

- Czy Zamawiający zgodzi się aby foldery informacyjne dostarczone dla oferowanych odczynników były w języku angielskim? **TAK**

ZADANIE 26,29,35

- Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia- folder, katalog lub karty katalogowe zawierające opis oferowanego artykułu. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie w/w dokumentów w języku angielskim? **TAK**

ZADANIE 33a poz. 9

- Aktualnie wzorzec EPY0000262 nie jest dostępny w związku ze zmianą monografii Farmakopei Europejskiej nr 1714. W zamian możemy zaproponować EPY0000269 Clazuril for system suitability.

Dokument wzorca w załączeniu. Proszę o informację czy zgodzą się Państwo na zmianę lub wycofanie pozycji z zadania. **ZGODA NA ZAMIANĘ**

ZADANIE 41

- Czy Zamawiający zgodzi się na podanie nowego nr katalogowego dla produktu wymaganego w pakiecie 41?
uzasadnienie: producent wycofał z produkcji produkt o numerze katalogowym 43451 i zastąpił go produktem o innym numerze katalogowym, lecz tej samej nazwie i tym samym przeznaczeniu. Do oferty zostanie załączona kolorowa ulotka i instrukcja wykonania testu potwierdzająca wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **TAK**

ZADANIE 1

- Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 pipetę 8-kanalową o zakresie objętości od 10 do 100ul? **TAK**

ZADANIE 9.1

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kuwetę o szer. wewnętrznej 10mm, jednocześnie spełniającą wszystkie pozostałe parametry? **TAK**