



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

---

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,  
znak sprawy DG-2501/20458/1528/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/20458/1571/10

**2010/10/28**

**WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz**

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1/zadanie nr 1**

Prosimy o sprecyzowanie jakiej szerokości żelu oczekuje zamawiający , szerokość żelu z grubsza warunkuje wielkość aparatu. **Odpowiedź:** szerokość żelu powinna wynosić od 20 do 25 cm.

**Pytanie nr 2/zadanie nr 2**

Prosimy o określenie wymagań odnośnie adapterów do probówek- na jakie pojemności probówek, ilu miejscowe? **Odpowiedź:** probówki poj. 11 ml, 4-miejscowe , nr kat 20.1611.0S wg katalogu Medlab Products lub równoważne.

Czy zamawiający zaakceptuje wirówkę o maksymalnej prędkości 4000 obr/min? **Odpowiedź:** tak.

