



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
30 00  
24-100 Puławy  
25 95  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889  
fax (0-81) 886

*Uczestnicy postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych*

*znak sprawy DG-2501/11336/1055/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak: DG-2501/16204/1330/10

**2010/09/02**

**Wyjaśnienia nr 1**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

- Zad 3- Czy prawidłowe wymiary urządzenia wynoszą 164cm x75cm x 73? W specyfikacji podano wymiary w mm, zapewne przez pomyłkę. **Tak wymiary 164x75x73cm są prawidłowe.**  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowane chłodziarki o wymiarach różniących się od podanych w SIWZ o 10%? **TAK**  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowane chłodziarki o pojemności różniącej się od podanej w SIWZ o 10%? Jeżeli nie, to jaka jest dopuszczalna tolerancja pojemności? **TAK może się różnić o 10%.**  
Czy dopuszcza się półki ze stali nierdzewnej? **NIE**  
Czy dopuszczalne są półki siatkowe? **TAK konieczne ruszty ocynkowane**  
Czy dopuszczane jest zużycie energii 3,2KWh/24H? Jeżeli nie, to jaka jest dopuszczalna tolerancja zużycia energii? **NIE- akceptowany przedział to max 1,72kW**
- Zad 2- Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o poniższych parametrach:
  1. Zakres pracy -86....-40°C **TAK**
  2. Pojemność 525l **NIE**
  3. Wymiary zewn. WxSxG 2000x840x940mm **NIE**
  4. Wymiary wewn. WxSxG 1345x600x650 mm **NIE**
  5. Ilość przedziałów- 4 **TAK**
  1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie pracy od -40°C do -86°C **TAK**
  2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewn :wys 1990mm, szer 1130mm, głęb 875mm? **TAK**
  3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 668 l? **TAK**
  4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewn. Wys. 1280mm, szer. 870mm, , głęb 600mm? **TAK**

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z czterema przedziałami? **TAK**

- Zad 6- Czy zamawiający dopuści Aparat do elektroforezy poziomej o maksymalnej objętości bufora 500ml oraz rozmiarach 26,5x17,5x9cm-

**ODP: NIE**