



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
30 00  
24-100 Puławy  
25 95  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889  
fax (0-81) 886

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej*

*znak sprawy DG-2501/16204/1311/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak: DG-2501/16204/1343/10

2010/09/06

**Wyjaśnienia nr 4**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Dotyczy zadania 2**

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z szerszym zakresem temperatury niż opisany w arkuszu technicznym, wynoszącym od -50°C do -85°C? **TAK**
2. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z szerszym zakresem temperatury niż opisany w arkuszu technicznym, wynoszącym od -40°C do -85°C? **TAK**
3. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z szerszym zakresem temperatury niż opisany w arkuszu technicznym, wynoszącym od -60°C do -86°C? **TAK**
4. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 500 l? **NIE**
5. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 515 l? **NIE**
6. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 550 l? **TAK**
7. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 520 l? **NIE**
8. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 660 l? **NIE**
9. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 690 l? **NIE**

10. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 2000 x 875 x 1012 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK POD WARUNKIEM ŻE 1012MM TO SZEROKOŚĆ (WYS X GŁ X SZER)**
11. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych wynoszących: 1436 x 630 x 752 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK PRZY ZACHOWANIU SZEROKOŚCI 840MM-1025MM I POJEMNOŚCI 550-600L**
12. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1640 x 875 x 1012 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK POD WARUNKIM ZE 1012 MM OZNACZA SZEROKOŚĆ A NIE GŁĘBOKOŚĆ**
13. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych wynoszących: 1076 x 630 x 752 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK PRZY ZACHOWANIU 840-1025MM I POJEMNOŚCI 550-600L**
14. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1985 x 1015 x 900 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK**
15. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych wynoszących: 1350 x 700 x 530 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK PRZY ZACHOWANIU SZEROKOŚCI 840-1025MM I POJEMNOŚCI 550-600L**
16. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych minimalnie różniących się od tych opisanych przez Zamawiającego, wynoszących: 1925 x 1045 x 924 mm (wys. x szer. x gł.)? **NIE**
17. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych wynoszących: 1153 x 750 x 625 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK PRZY ZACHOWANIU SZEROKOŚCI 840-1025MM I POJEMNOŚCI 550-600L**
18. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1920 x 1185 x 924 mm (wys. x szer. x gł.)? **NIE**
19. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych wynoszących: 1153 x 890 x 625 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK PRZY ZACHOWANIU SZEROKOŚCI 840-1025MM I POJEMNOŚCI 550-600L**
20. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1980 x 730 x 854 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK**
21. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o wymiarach wewnętrznych wynoszących: 1470 x 586 x 613 mm (wys. x szer. x gł.)? **TAK PRZY ZACHOWANIU SZEROKOŚCI 840-1025MM I POJEMNOŚCI 550-600L**
22. Czy dopuszczą Państwo w zadaniu nr 2 zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -40°C do -86°C? **TAK**
23. Czy dopuszczą Państwo w zadaniu nr 2 zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 628 l? **TAK**
24. Czy dopuszczą Państwo w zadaniu nr 2 zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach (WxSxG): 1960x1035x900 mm? **TAK**
25. Czy dopuszczą Państwo w zadaniu nr 2 zamrażarkę niskotemperaturową z 4 przedziałami zamiast 5? **TAK**

### **Dotyczy zadania 3**

26. Czy w zadaniu nr 3 podane wymiary: 164mm, 75mm, 73mm są określone prawidłowo? Czy zamiast milimetrów nie powinny być centymetry? **Tak powinny być cm**